

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0113.2024.PE.0106

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO DOS LABORATÓRIOS EDUCACIONAIS.

ANÁLISE E PARECER

Encaminhamos a Análise e Parecer das Propostas Comerciais apresentadas:

ITEM 1

BOMBA DE AMOSTRAGEM DE GASES MANUAL

QTD.: 11 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA. atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital.

ITEM 2

BOMBA GRAVIMÉTRICA

QTD.: 16 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA. não atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital: ***"A escala de fluxo do equipamento vai somente até 5,0 L/min, o que diverge da especificação prevista em edital cuja escala é entre 0 a 6,0 L/min"***.

ITEM 3

CALIBRADOR DE BOMBA DE AMOSTRAGEM INDIVIDUAL

QTD.: 13 UNIDADES

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 - 7º andar
CEP: 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: (11) 3236-2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa MOSAICO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital.

ITEM 4

CALIBRADOR PARA DECIBELÍMETRO E DOSÍMETRO

QTD.: 09 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA. não atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital: ***"O equipamento não contém a especificação de precisão em dB, o que diverge da especificação prevista em edital - Precisão: $\pm 0,4$ dB"***.

ITEM 5

DECIBELÍMETRO

QTD.: 23 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA. não atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital: ***"O equipamento não contém as especificações de 'Faixa de medição de pico mínima de 100 a 150 dB' e 'Kit de conectividade (Cabo USB + Software)', o que diverge das especificações previstas em edital"***.

ITEM 6

DETECTOR DE GÁS OU OXIEXPLOSIMETRO

QTD.: 16 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa MOSAICO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital.

ITEM 7

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 - 7º andar
CEP: 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: (11) 3236-2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

DETECTOR MANUAL DE GASES

QTD.: 03 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA. não atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital: **"O equipamento não contém as especificações de 'Temperatura de operação: -20 a +50°C / -4 a +122°F' e 'Duração Típica da Bateria e em climas frios', o que diverge das especificações previstas em edital"**.

ITEM 8

DOSÍMETRO

QTD.: 24 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital.

ITEM 9

KIT CALIBRAÇÃO CILINDRO 4 GASES: LEL (50 %), O2 (18 %), CO (50 PPM) E H2S (25 PPM)

QTD.: 12 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA. não atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital: **"Os parâmetros de referência de calibração do equipamento para os gases LEL de 2,5 % e CO de 100 PPM, divergem das especificações previstas em edital que é de 50 % para LEL e 50 PPM para CO"**.

ITEM 10

LUXÍMETRO

QTD.: 10 UNIDADES

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 - 7º andar
CEP: 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: (11) 3236-2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA. atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital.

ITEM 11

MEDIDOR DE LUZ ULTRAVIOLETA (RADIÔMETRO)

QTD.: 13 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital.

ITEM 12

MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO

QTD.: 03 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA. não atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital: **"O equipamento não contém as especificações de 'Resolução: 0,1 % para saturação' e de 'Precisão: saturação: 0 à 200 %, ±2 % da leitura; 0 à 500 %: ±6 % da leitura oxigênio: 0 à 20 mg/L 1, ±2 % da leitura; 20 à 50 mg /L-1, ±6% da leitura temperatura: ±0,5°C', o que diverge das especificações previstas em edital"**.

ITEM 13

MEDIDOR DE VIBRAÇÃO TRIAXIAL (X,Y,Z)

QTD.: 14 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. não atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital: **"O equipamento não contém as especificações de 'Aceleração, pico, pico-pico, fator pico, rms, A(8)'; 'Comunicação sem fio Bluetooth'; 'Controle de até 5**

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 - 7º andar
CEP: 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: (11) 3236-2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

medidores simultâneos'; 'Gestão de grupos homogêneos de exposição', o que diverge das especificações previstas em edital".

ITEM 14

TERMO ANEMÔMETRO

QTD.: 12 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa MOSAICO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital.

ITEM 15

TERMO-HIGRÔMETRO

QTD.: 07 UNIDADES

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa MOSAICO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. não atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital: ***"Os parâmetros de referência em relação a Faixa de Medição para exposição dos sensores e Umidade de Operação do equipamento divergem das especificações previstas em edital conforme abaixo:***

- Especificação do Edital: Faixa de medição: 20 a 70°C | 0 a 100%UR
- Especificação Ofertada: Faixa de medição: -10 a 50°C | 20 a 99%
- Especificação do Edital: Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação)
- Especificação Ofertada: Umidade de operação: 20 a 99%UR (sem condensação)
- Especificação do Edital: Temperatura de ponto de orvalho (Dew Point): -20 a 70°C
- Especificação Ofertada: Não Consta."

ITEM 16

TERMÔMETRO DE GLOBO DIGITAL IBUTG/MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO

QTD.: 12 UNIDADES

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 - 7º andar
CEP: 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: (11) 3236-2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

O item de 1º menor preço ofertado pela empresa INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA. atende as especificações técnicas mínimas exigidas em edital.

São Paulo, 10 de dezembro de 2024.

Alexandre Cardoso Matos
Comprador

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 - 7º andar
CEP: 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: (11) 3236-2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br